



# ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Площад "Трети март", № 32  
Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар  
04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail: ob\_maglizh@mail.bg ISO 14001, ISO 9001

ОБЩИНА МЪГЛИЖ  
Общинска администрация

Изм. № 92-950-1

26-10-2017 г.

ДО

Участниците в обществената поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“

## РАЗЯСНЕНИЕ

по чл.180 от ЗОП

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило в Община Мъглиж искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“, и на основание чл.180 от ЗОП, моля да имате предвид следното разяснение:

**Въпрос №1:** Какво трябва да бъде налягането PN за следните тръби: ПЕВП РЕ100 ф160, ф110 и ф90?

**Отговор №1:** Тръбите за водопровода трябва да отговарят за налягане 10 atm.

**Въпрос №2:** Колко метра е дължината на преминаването от Приложения детайл – „Детайл за преминаване на река по мост чрез транзитно конзолно окачване“ към тържната документация?

**Отговор №2:** Дължината на преминаване през мостовото съоръжение е 5,5 метра.

Господин Господинов  
Кмет на Община Мъглиж

